



قبل از سرجری آؤٹ ریج کے لیے سائٹ دورے کی جانچ فہرست

مندرجہ ذیل جانچ فہرست اسمائل ٹرین کے سیفٹی اور کوالٹی پروٹوکول کی شرائط کو بیان کرتی ہے اور ان پروگراموں کو چلانے والے پارٹنرز کے لیے اس بات کو یقین بنانا لازمی ہے کہ آؤٹ ریج ہسپتال / سہولت گاہ میں اس پروٹوکول کے تمام التزامات سرجری سے متعلق آؤٹ ریج پروگرام شروع ہونے سے پہلے پورے کیے جاتے ہیں۔ یہ جانچ فہرست لازماً ان پارٹنروں کے ذریعہ مکمل کی جانی چاہیے اور سرجری سے متعلق مقررہ آؤٹ ریج پروگراموں سے پیشتر پارٹنرشپ کی نگرانی کرنے والے اسمائل ٹرین کے اسٹاف کے ساتھ شیئر کی جانی چاہیے۔ اگر آؤٹ ریج ہسپتال میں کوئی طبی ساز و سامان، سپلائیوں اور بنیادی ڈھانچہ دستیاب نہیں ہے تو پارٹنر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ذمہ دار ہے کہ یہ آئٹمز سرجری سے متعلق آؤٹ ریج پروگرام شروع ہونے سے پہلے دستیاب ہوں۔

آؤٹ ریج ہسپتال:

اسمائیل ٹرین پارٹنر:

سرجری سے متعلق آؤٹ ریج ہسپتال کی شرائط:

حصہ 1: فیسلیٹی سیٹ اپ

ہاں یا نہیں کو نشان زد کریں	کیا آؤٹ ریج سنٹر کے پاس مندرجہ ذیل چیزیں ہیں:
<input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں	گرڈ یا احتیاطی جنریٹر کے ذریعہ بجلی کی مسلسل سپلائی؟
<input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں	بھروسہ مند، پورٹیبل آکسیجن اور نائٹرس آکسائیڈ آپریشن سے قبل کی دیکھ بھال کے تمام علاقوں (آپریٹنگ ٹھیٹر (OT)، ریکوری ایریا (PACU)، اور جنرل وارڈ) میں؟
<input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں	کم از کم ایک OT جس میں آؤٹ ریج پروگرام کے دورانے تک درج ذیل چیزیں ہوں: <ul style="list-style-type: none"> • 1 عدد آپریشن کا ٹیبل • OT میں لائٹوں کی مناسب تعداد میں دستیابی (ترجیحی طور پر جس میں کم از کم ایک اندرونی چھت میں فکس ہونی چاہیے) • OT کمپلکس میں ایک ریفرجریٹر
<input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں	خون تک رسائی؟ <ul style="list-style-type: none"> • اگر نہیں تو ہسپتال سے بلڈ بینک کتنی دور ہے؟ برائے مہربانی کیلو میٹر میں مسافت اور خون تک رسائی میں لگنے والا وقت نوٹ کریں۔
<input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں	آٹو کلیو سے ساز و سامان کو جراثیم سے پاک کرنے کا انتظام؟ (گرم ہوا سے جراثیم کشی کا جدید طریقہ یا کوئی جراثیم کش جیسے سیڈکس کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر کوئی آٹو کلیو دستیاب نہیں ہے)۔
<input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں	آپریشن سے قبل کی تشخیصات کے لیے لیبارٹری اور ریڈیالوجی خدمات؟

اگر آپ نے مذکورہ کسی بھی چیز کا جواب "نہیں" دیا ہے تو برائے مہربانی مزید معلومات فراہم کریں:

حصہ 2- آپریٹنگ تھیٹر کے ساز و سامان اور سپلاٹیاں

کیا آؤٹ ریج سنٹر کے پاس مندرجہ ذیل طبی آلات ہیں:	ہاں یا نہیں کو نشان زد کریں
ہر ایک OR ٹیبل پر اور ریکوری ایریا میں کارگزار سکشن؟ کم از کم، دو چالو حالت میں سکشن مشینیں موجود ہونی چاہئیں جن میں ڈسپوزیبل سکشن کی نلکیاں لگی ہوں۔	<input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں
جنرل انیسٹھیٹکس کے لیے وپرائزر (ہر ایک OT ٹیبل کے لیے ایک) اگر کسی انیسٹھیٹیا لوجسٹ کو آؤٹ ریج سائٹ کے پیشگی دورے والی ٹیم کے حصہ کے طور پر شامل نہیں کیا جاتا ہے تو ملاقات کے دوران انیسٹھیٹیا مشین کی تصویر لے کر پارٹنر انیسٹھیٹیا لوجسٹ کو یہ یقینی بنانے کے لیے ارسال کیا جانا چاہیے کہ موزوں وپرائزر کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔	<input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں
الکٹروکارڈی مشینیں (ہر ٹیبل کے لیے ایک، ڈسپوزیبل لیڈز کے ساتھ)	<input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں
پیڈیاٹرک پیڈلز کے ساتھ ڈی فبریلیٹر؟	<input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں
پلس آکسیمیٹر؟	<input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں
درست حجم کے کف کے ساتھ غیر مداخلتی بلڈ پریشر مانیٹر (ز)؟	<input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں
چہرے کے ماسک، انیسٹھیٹیا سرکٹ، لیرنگو اسکوپ بلیڈز اور اینڈو ٹریکیل متعدد احجام میں دستیاب؟	<input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں
سیلف انفلیٹنگ بیگ والو ماسک؟	<input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں
متعدد احجام کے لیرنگیٹل ماسک ایئر وی (LMA)؟	<input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں

اگر آپ نے مذکورہ کسی بھی چیز کا جواب "نہیں" دیا ہے تو برائے مہربانی مزید معلومات فراہم کریں:

حصہ 3- سپلاٹیاں

کیا آؤٹ ریج سنٹر کے پاس مندرجہ ذیل چیزیں ہیں:	ہاں یا نہیں کو نشان زد کریں
ٹانکوں، سرجیکل گاؤنز، سرجیکل ڈریپس، جراثیم سے پاک پٹیوں کے ٹکڑے، ڈسپوزیبل جراثیم سے پاک دستا، اور سکشن یا IVs شروع کرنے کے دوران استعمال کے لیے صاف دستا (اسٹیرائل نہیں)؟	<input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں
IV نلکیاں تمام سائزوں میں اور IV رسائی قائم کرنے کے لیے ضروری تمام مواد؟	<input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں
ٹیپ یا بند کرنے والی ڈریسنگز؟	<input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں
آئسوٹونک IV سولوشنز؟	<input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں
نسبتاً چھوٹے مریضوں کے لیے IV بیرٹ سٹ	<input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں
باقاعدہ IV سیٹ؟ خون دینے والے IV سیٹ؟	<input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں
سنٹرل وینس کٹ (کٹس)، صرف ایک یا دو؟	<input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں
آرٹیریل لائن کٹ (کٹس)، صرف ایک یا دو؟	<input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں

اگر آپ نے مذکورہ کسی بھی چیز کا جواب "نہیں" دیا ہے تو برائے مہربانی مزید معلومات فراہم کریں:

حصہ 4۔ آپریشن کے بعد محفوظ ماحول

کیا آؤٹ ریج سنٹر:	ہاں یا نہیں کو نشان زد کریں
PACU اور آپریشن کے بعد والے وارڈ میں اسمائل ٹرین کے ذریعہ ضرور قرار دیے گئے اسٹاف اور مانیٹرنگ کے تقاضوں کی تعمیل کرتا ہے؟	<input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں
ان کے یہاں آپریشننگ تھیٹر کے پاس ہی ایک PACU ہے اور اس میں تجربہ کار طبی پیشہ وران موجود ہیں جو کہ سانس کی نالی کی دیکھ بھال اور نگرانی میں تربیت یافتہ ہیں؟	<input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں
آپریشننگ تھیٹر سے PACU تک مریضوں کی محفوظ منتقلی کے لیے رہنما خطوط موجود ہیں؟	<input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں
ان کے پاس PACU میں درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کے وسائل (یعنی کمبل یا مریض کو گرم رکھنے والی چیزیں ہیں)؟	<input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں
ان کے پاس حوالگی کی ایک دستاویز ہوتی ہے جس کے تحت انیسٹھیٹیا فراہم کنندگان وارڈ کے عمل کے ساتھ مریضوں کی دیکھ بھال کے منصوبوں کی ترسیل کی جاتی ہے؟	<input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں
ان کے پاس اس وارڈ میں مخصوص اسٹاف ہے جو رات میں باقاعدہ مریضوں کی نگرانی کرتا ہے؟	<input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں
ان کے پاس ایک کریش کارٹ ہے جو PACU وارڈ تک رسائی کے قابل ہے، اور ICU (اگر اندرون خانہ ہو) جس میں تمام ہنگامی اور دوبارہ ہوش میں لانے (resuscitation) کے وسائل موجود ہوں، جن میں دوائیں اور ڈی فریلیشن، انٹوبیشن، درون رگ دوائیں اور سنٹرل لائنز کے پیسج موجود ہوں؟ کیا مواد کو استعمال کے بعد باقاعدگی کے ساتھ پھر سے بھر دیا جاتا ہے؟ برائے مہربانی کریش کارٹس کے لیے تمام ضروری سپلائیوں / سازوسامان کے لیے سیفٹی آڈٹ برائے موجودہ پارٹنرز (Safety Audit for Existing Partners) ملاحظہ کریں (صفحہ 16 تا 18)۔	<input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں

اگر آپ نے مذکورہ کسی بھی چیز کا جواب "نہیں" دیا ہے تو برائے مہربانی مزید معلومات فراہم کریں:

حصہ 4۔ اعلیٰ انحصاری نگہداشت کے التزامات

کیا علاج کے مرکز کے پاس:	ہاں یا نہیں کو نشان زد کریں
سائٹ پر اندرون خانہ اعلیٰ انحصاری نگہداشت کی صلاحیات (ICU) ہیں	<input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں
اگر نہیں تو کیا ان کے پاس کسی قریبی ہسپتال کیٹری فیسلٹی کے ساتھ اسمائل ٹرین کے زیر کفالت مریضوں کے لیے ٹرانسفر کا کوئی معاہدہ ہے۔	<input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں

اگر آپ نے مذکورہ کسی بھی چیز کا جواب "نہیں" دیا ہے تو برائے مہربانی مزید معلومات فراہم کریں:

""(اسمائیل ترین پارٹنر) کی جانب سے (قبل از سرجری آؤٹ ریج دورے کو انجام دینے والے شخص کا نام)" نے آؤٹ ریج ہسپتال کا دورہ کیا ہے اور یہ طے کیا ہے کہ اس فیسلٹی میں انجام پانے والے آؤٹ ریج پروگرام محفوظ سرجری اور انیسٹھیزیا کیئر کی فراہمی کے لیے ان مطلوبہ معیاروں کو پورا کرتے ہیں جو کہ سیفٹی اور کوالٹی پروٹوکول میں بیان کیے گئے ہیں۔ اگر آؤٹ ریج ہسپتال میں کوئی طبی ساز و سامان، سپلائیوں اور بنیادی ڈھانچہ دستیاب نہیں ہیں تو پارٹنر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ذمہ دار ہے کہ یہ آئٹمز سرجری سے متعلق آؤٹ ریج پروگرام شروع ہونے سے پہلے دستیاب ہوں۔

آڈٹ کی تاریخ

اسمائیل ترین پارٹنر کے نمائندہ کے دستخط

تاریخ

اسمائیل ترین اسٹاف کے دستخط